


- ๔.๙ พื้นเตียงสามารถปรับเลื่อนไปทางด้านศีรษะได้ไม่น้อยกว่า ๑๙.๕ ซม. ปรับเลื่อนไปทางด้านปลายเท้าได้ไม่น้อยกว่า ๓๓.๕ ซม. ด้วย Remote Control รวมปรับเลื่อนได้ไม่น้อยกว่า ๕๓ ซม.
- ๔.๑๐ สามารถปรับท่า Trendelenburg ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ องศา และท่า Reverse Trendelenburg ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศาด้วย Remote Control
- ๔.๑๑ สามารถปรับท่าเอียงซ้าย - ขวา (Lateral Tilt) ได้ข้างละไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา ด้วย Remote Control
- ๔.๑๒ สามารถปรับแผ่นรองรับหลัง (Back Plate) ยกขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา ปรับต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ องศา ด้วย Remote Control
- ๔.๑๓ ส่วนรองรับขา(LEG PLATE) เป็นแบบชั้นเดียว สามารถปรับต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องศา ด้วย Remote Control และสามารถถอดออกได้ด้วยระบบ Manual
- ๔.๑๔ สามารถปรับท่า Flex และ Reflex ได้ด้วย Remote Control
- ๔.๑๕ สามารถปรับส่วนรองรับศีรษะยกขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ องศา ปรับต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา และสามารถถอดออกได้ด้วยระบบ Manual และสามารถนำมาต่อกับส่วนรองรับขาได้อีกด้วย
- ๔.๑๖ เตียงผ่าตัดสามารถปรับทำนั่ง (sitting position) ได้
- ๔.๑๗ มีระบบ Power Kidney Bridge สามารถปรับยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ด้วย รีโมทคอนโทรล

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|---|-------------|
| ๕.๑ L-SHAPE SCREEN FRAME WITH SIDE RAIL CLAMP
(ฉากกั้นวิสัญญีรูปตัว”แอล” พร้อมอุปกรณ์จับยึดราวข้างเตียง) | จำนวน ๑ อัน |
| ๕.๒ KNEE CRUTCHES WITH SIDE RAILCLAMP
(ขาหยั่งรองรับขาพร้อมอุปกรณ์จับยึดราวข้างเตียง) | จำนวน ๑ คู่ |
| ๕.๓ STANDARD ARM BOARD WITH ๔๐ MM.PAD
(ที่รองรับแขนพร้อมเบาะ) | จำนวน ๒ อัน |
| ๕.๔ ARM REST WITH SIDE RAIL CLAMP
(ที่รองรับแขนทำนอนตะแคงพร้อมอุปกรณ์จับยึดกับราวข้างเตียง) | จำนวน ๑ อัน |
| ๕.๕ BODY/SHOULDER SUPPORT WITH BAR CLAMP
(ที่ดันลำตัวหรือหัวไหล่พร้อมอุปกรณ์จับยึดกับราวข้างเตียง) | จำนวน ๓ อัน |
| ๕.๖ BODY STRAP (LEG STRAP)
(สายรัดลำตัวหรือรัดขา) | จำนวน ๑ อัน |
| ๕.๗ ACCESSORY CART
(รถเข็นจัดเก็บอุปกรณ์เตียง) | จำนวน ๑ คัน |

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ มีคู่มือประกอบการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๒ ชุด
- ๖.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ๖.๓ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย



๖.๔ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO ๑๓๔๘๕

๖.๕ ต้องมีแคตตาล็อกตัวจริงมาแสดงให้ดูด้วย

๖.๖ มีบริการหลังการขาย มีช่างผู้ชำนาญมาตรวจเช็คทุกๆ ๖ เดือน ในระยะเวลา ๒ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๖.๗ เมื่อมีการชำรุดของเตียง ในกรณีมีอะไหล่อยู่แล้ว ต้องซ่อมเสร็จพร้อมใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน ในกรณีต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ต้องซ่อมเสร็จภายใน ๔๕ วัน

.....

ราคากลางเตียงละ ๑,๗๒๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

